

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe người dân năm 2019 của Phòng Y tế huyện Tân Yên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 06/03/2008;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/ND-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Căn cứ Kế hoạch số 1322/KH-UBND ngày 26/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên về việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn huyện Tân Yên năm 2018-2019;

Căn cứ Tờ trình số *53*/TTr-PYT ngày *15/5*./2019 của Phòng Y tế huyện Tân Yên về việc đề nghị phê duyệt danh mục mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe nhân dân năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám sức khỏe nhân dân năm 2019 của Phòng Y tế huyện Tân Yên như sau;

1. Danh mục mua sắm trang thiết bị y tế:

- Máy đo huyết áp bắp tay.
- Bộ Đôi nguồn AC Adapter theo máy đo huyết áp bắp tay.
- Máy đo đường huyết.
- Que thử dùng cho máy đo đường huyết.
- Kim chích máu dùng cho máy đo đường huyết
- Cấu hình, Thông số kỹ thuật và chức năng của trang thiết bị y tế có Biểu chi tiết kèm theo.

2. Đơn vị thực hiện: Phòng Y tế huyện Tân Yên.

Điều 2. Phòng Y tế huyện Tân Yên có trách nhiệm tổ chức mua sắm, quản lý sử dụng kinh phí mua sắm hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo trình tự theo đúng quy định hiện hành Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Y tế huyện Tân Yên, Kho bạc nhà nước huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Kho bạc Nhà nước huyện;
- Lưu: VT, GD&ĐT, TC-KH;

CHỦ TỊCH



Dương Ngô Mạnh

**DANH MỤC MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
CỦA HỒNNG Y TẾ HUYỆN TÂN YÊN**

(Kèm theo Quyết định của UBND ngày 15/05/2019 của UBND huyện Tân Yên)



STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
1	Máy đo huyết áp bắp tay JPN600	Bảo cử động người khi đo, Báo nhịp tim bất thường, Hiện thị kết quả đo trung bình 3 lần đo cuối, Bộ nhớ lưu 60 kết quả cùng ngày và thời gian đo	Hộp 1 chiếc	Omron/Nhật Bản	Chiếc	05
2	Bộ Đổi nguồn AC Adapter theo máy JPN600	In: AC100-240V 50/60Hz 0.12A, Out: DC 6V	Hộp 1 chiếc	Omron/Trung Quốc	Chiếc	05
3	Máy đo đường huyết Uriight TD4279	-SP Đạt tiêu chuẩn ISO13485-2012+AC:2012, GMP - Bộ nhớ 1000 kết quả, có công kết nối với máy tính để lưu giữ kết quả - Máy thiết kế hiện đại, màn hình LCD có đèn nền; Chức năng nhắc đo và cảnh báo xê-tôn; Đánh dấu đo trước ăn và sau ăn - Lượng máu mẫu ít, đo được tại nhiều vị trí trên cơ thể. Đo trung bình 7,14,28,60,90 ngày - Nguồn cấp : 2 pin AAA, 1.5V (pin kiềm) - Sản xuất năm 2018, 2019 - Hàng mới 100%	Hộp 1 Chiếc	Taidoc - Taiwan	Chiếc	10
4	Que thử dùng cho máy đo đường huyết Uriight-TD4279	- SP Đạt tiêu chuẩn ISO13485-2012+AC:2012, GMP	Hộp 50 test	Taidoc - Taiwan	Test	50 880

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Thành phần thuốc thử: hoạt chất cho hộp 25, 50 que thử - Sử dụng men que thử GDH-FAD cộng 2 tín hiệu điện. Xác định HCT bằng tín hiệu điện xoay chiều AC và đo lượng Gluco bằng tín hiệu điện 1 chiều DC - Không bị ảnh hưởng bởi đường maltose, galactose, nồng độ khí oxi.... - Dải đo từ 0-33,3mm/l - Thể tích mẫu 0,5µl - Thời gian thử 5 giây - Phạm vi HCV rộng 0%-70% - Đóng gói dạng vỉ rời từng que, đảm bảo độ ổn định tốt nhất cho que thử 				
5	Kim chích máu dùng cho máy đo đường huyết	<p>SP Đạt tiêu chuẩn ISO13485-2012+AC:2012</p> <p>SP được nhập khẩu, khai quan rõ ràng;</p> <p>Đóng gói SP 100 cái tiết chùng chia 2 túi riêng biệt;</p> <p>Kim chích máu 4 cạnh phù hợp với các loại bút 4 cạnh;</p> <p>Có chỉ dẫn tiếng việt và địa chỉ nhà nhập khẩu, nhà sản xuất rõ ràng;</p> <p>Nhiệt độ bảo quản từ 10-45°C.</p>	100 chiếc/hộp	Taidoc - Taiwan	Chiếc	50 880